

D 作業報告書

お得意様 田澤南科医院	様	ご承認印 田澤
住所 水戸市姫子2-352-18		
TEL 029232 3200	室名 1F	ご依頼 様
機種 WD-150	号機 926	回
継続 ☒	有料 ☒	無料 ☐
製番 14060083		
取扱業者名 IAE シバウラ	様	ご担当者 廣瀬 様

ご依頼内容・現象
Er8 循環圧力異常 (1/17・1/10・1/10) 発生

原因
再現しませんでした。
試運転 (毎週月) にて 調整確認実施

処置
Er8に伴う各設定確認。循環圧力機口所内
20秒→10秒変更
各回転12ル石確認。穴つり無。ギョウアリ
排水口2ミ 締り有ため 清掃
HP接続部 4箇所アワテ無のためセト。他接続部のため
調整実施

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☒試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言 御迷惑おかけ致します 49992	隣の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 1 月 18 日

保守形態 1 保守契約 2 性能整備 3 点検整備 4 点検整備 5 点検 9 特約 (摘要)	サービス形態 1 保守期間 2 入替 3 CM 医療機器 区分 特管 非特管
作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 搬去移設 60 撤去 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他	

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1 H× 1 名×7500 円	7500
3	派遣料 110km× 1 名×1000 円	11000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	高更代	2200

サービスセンター つくばSC TEL - -	実施者 大星
------------------------------	-----------

メモ

特記事項

①管理 No. 772502

②作業日 20 16 1/18

③Uコード 02923235218

④⑤機種コード 11 - 01

⑥製造 No. 14060083

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード - - -

⑨実施SC 76

⑩技術者 46

⑪同行・応援 - , - , -

⑫原因・処理 3 - 9 - 1 - 2

料金内訳	
⑬A	部品代 6
⑭B	技術料等 20700
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 20700
⑱B	消費税 1656
ご請求金額 ¥ 22356	
納品書 No. 8606	