

D 作業報告書

得意様	水戸口腔センター様			ご承認印	印	
住所	水戸市					
TEL	029-254-4177	室名	1F	依頼	様	
機種型式	WD-150	号機	1147	回		
定才	継続	有料	無料	製番	14070112	
取扱業者名	(株) EHL 3297777			ご担当者	安田 様	

作業日 20 17 年 12 月 25 日

保形	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器	区分	特 管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 搬移
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00203200	洗剤カブ Assy	1		28300

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 25 H×	1名×7500 円	18750
3	派遣料 110km X	1名×100 円	11000
4	宿泊費 泊×	名× 円	
5	諸経費		3000
6	高圧洗浄 1100 X 2		2200

サービスセンター	TEL - -	実施者	大野
----------	---------	-----	----

部署長	入力	検印	納品書
大野	大野	29.12.25	小松

特記事項

①管理 No. 790953 22

②作業日 20 17 12 25

③Uコード 0292544177

④⑤機種コード 11 - 12

⑥製造 No. 14070112

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-199-1

⑨実施SC 26

⑩技術者 48

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳

⑬A

部品代 28300

⑭B

技術料等 34950

⑮

⑯

⑰

税別合計金額 63250

⑱

消費税 5060

ご請求金額 ¥ 68310

納品書 No. 8304

三依原内容一現

Et9 洗剤供給異常

原因

・洗剤カブ Assy の不具合のため

処置

・洗剤カブ Assy 交換
 ・50mL 投入時間 14秒
 ・洗剤用 DPI カブ 確認
 ・給水給湯限度時間 300秒再試
 試運転完了 OK

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし