

お客様 マラカと歯科クリニック 様	ご承認
住所 水戸市双葉台5-777-1	
TEL 029-353-8281	署名 IF
機種 IC Washer (IHL)	ご依頼 様
機種形式 IC Washer (IHL)	号機 429
完 継続 有料 無料 製番 100121	取扱業者名 (株) IHL ミバウ 様
	ご担当者 廣源 様

ご依頼内容・現象
漏れがある

原因
扉の下部不具合による漏れ

処置
扉の上部・下部取り外しに2清掃 再セット
装置レベル確認調整
試運転 90℃ 5分 に2. 漏れ無ok

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言 再度 漏れ発生時は1分以内 の交換が必要と思われます	隣の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 11 年 5 月 18 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス 形態	1 保守 期間	2 保守 期間	3 CM	医療 機器	区分	特 非 管 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 点検	40 点検
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC
					80 アフ ター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× / 名× 7500 円		18750
3	派遣料 / 名× 11000 円		11000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6	高速料金 11000円		2200

サービス センター	実施 者	部長 入力 検印 納品書
TEL - -	大里	29.5.21

特記事項

①管理 No. 790882

②作業日 20 11 5 18

③Uコード 0293538281

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100121

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 60-501-2

⑨実施SC 26

⑩技術者 46

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳
⑬ A
部品代 6
⑭ B
技術料等 34950
⑮
⑯
税別合計金額 34950
消費税 2796
ご請求金額 ￥ 37746
納品書 No. 1349