Ⓒ 作業報告書

お得意様	水戸口腔センター 様	ご承認印	
住所	水戸市見和2-292-1		
TEL	029 254 4177	室名	1F
機種名	WD	メーカー	IHIアグリテック
型式	WD-150 (　号機)	製番	14070112
売 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	1510 回

作業日 20 18 年 11 月 22 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 ~~ポート~~ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アンター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 廣瀬様・中村様
(注文No.)

管理No. 811461

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 和歌山SC 広島SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 熊本SC 福島SC 群馬SC 東京SC 滋賀SC 高知SC 鹿児島SC 新潟SC 静岡SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-9 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
①ETC 給水不足
②漏水(装置内水がたまっていた) (ご依頼者 様)

原因
①・一次側より給湯が供給されなかったため(原因不明です)
②・漏れ部確認出ませんでした。

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☒動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☒試運転 ☒最終検査終了・異常なし

・給水 給湯ストレーナ 清掃
・マニュアル操作にて 給水・給湯実施
・装置内水たまり(漏れ部不明)ありのため拭き取り
・運転時 漏水にて運転不可となりました。

センター様に日、後日、装置入替と説明しました

お客様への伝言
・給水・給湯 併用
給水時間0.8 給湯時間(30s) 実時間

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× 1 名× 8000 円	16,000
3	派遣料 110km× 1 名× 100 円	11,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6	有料道路	2200

B

料金内訳

⑬A 部品代	6
⑭B 技術料等	32,200
⑮	
⑯ 税別合計金額	32,200
消費税	2,576
ご請求金額 ¥	34,776
納品書No.	

サービスセンター	実施者
つくば SC TEL	大室

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業