

D 作業報告書

お得意様	古木歯科医院 様		ご承認印
住所	茨城県水戸市東野町1525		
TEL	029-248-6058 室	ご依頼	様
機種型式	IC Washer	号機	1009回
充電	継続	有料	無料
製造	100097	製造	100097
取扱業者名	(株)H1アグリテック 様		ご担当者 宮下 様

ご依頼内容・現象

洗浄槽満水エラーの発生

原因

処置

洗浄槽排水ホースの交換
電磁弁(排水給湯)
の漏れチェック、排水ポンプ動作確認
試運転

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 4 月 16 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検 (摘要)	9 対象
サービス形態	1 保守期間	2/3 スト CM	3 医療機器	4 区分	5 特管	6 非特管
作業区分	00 製品搬入	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 803779

②作業日 20 18 04 16

③Uコード 0292486058

④⑤機種コード 11 - 54

⑥製造 No. 100097

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 82 - -

⑨実施SC 80

⑩技術者 27

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2.0 H× / 名× 8,000 円		16,000
3	派遣料 / 名× 100 円 × 260 km		26,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 (7500) (2100)		3,000
6	有料道路 部材		10,000

料金内訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 55,000

⑮

⑯

税別合計金額 55,000

消費税 4,400

ご請求金額 ¥ 59,400

納品書 No. 382

サニタリー 千葉SC 実施者 小泉

TEL - -

部署長 検印 入力 納品書

30.4.16

久保