

《不具合対応報告書》

担当者: 桑宮 G. 中村

【発生日】 2018年11月9日
 【対応日】 2018年11月12日
 【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 水戸・伊藤)
☐ユーザー
☐その他()
 【ユーザー名&県名】

福島県・いわき市バゲータッククリニック

IC Washer【機番: 100-89】

【症状】

・エラー No. 1 漏洩検知

【対応方法】 ☒引取り修理(代替機 no. 100079)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐水

☒水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ校の使用》 ☒有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☒無

【備考】

・洗浄槽内コップシェフト外れ
 (マスキングテープでブローソー固定して済)

・シリコンアダプター膨潤のため、交換。
 CA. ターナー 各々1個ずつ。
 4

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機 no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスプレイ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ網

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

医療機器の貸出に関する確認書

2018年11月12日
返却確認日 年 月 日

貸出元 株式会社IHアグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先 〒974-8261 福島県いわき市植田町中央1-12-5
所在地 〒 わたなべデンタルクリニック
電話番号
管理責任者 院長 渡辺重視
氏名 TEL 0246-63-6480 FAX 0246-63-6466

貸出目的

- ☐デモ ☐臨床試用(有効性・安全性・操作性等の確認) ☐緊急時・災害時対応 (必ずお願いします)
☐研修 ☐研究目的・公益的研究活動 ☐納期遅延対応 ☒事故・故障対応
☒その他(エラーNo. 1. 上段ラック
フロッピー取れ)

品名・メーカー名・規格型式	数量	使用者名/設置場所	期間	症例数
IC Washer No. 100079	1	わたなべデンタルクリニック	2018.11.12~	X

- 貸出期間中の費用負担:
 1. 当該医療機器の設置:
 2. 当該医療機器の撤去:
 3. 貸出期間中の保守・修理:
 4. 貸出期間中の消耗品:
 5. その他の費用:

- 貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

お取引先商店名:

ご担当者名:

・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。