

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 わたなべデンタルクリニック 御中 製造番号 100289
住所 福島県いわき市植田町中央 1-12-15
点検日 2018年 11月 21日
点検時間 ~ 点検者 IAT 桐野

- ☐ 扉開閉ラインの交換
- ☐ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☐ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☐ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☐ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2018年 / 2 月 / 3 日

ご署名

〒974-8261 福島県いわき市植田町中央1-12-5
わたなべデンタルクリニック
院長 **渡辺重視**
TEL 0246-63-6430 FAX 0246-68-6646



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528