

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 7 月 24 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 7 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	茨城県歯科医師会 口腔センター水戸 様	TEL： 029-254-4177	
所在地	茨城県水戸市見和2-292-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 12 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070112	運転回数： 1728
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー3 機器内漏水		
原因		
・循環ポンプの出口配管ゴムCのホースバンド締めめの緩みから漏れ（エラー3）		
処置、作業内容		
・循環ライン配管ゴムCのホースバンド締め付け		
・各種点検調整、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 25 日

ご署名 鈴木 玲奈 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

環PJ
'19/07/8
富田

作業者

環PJ
'19/07/8
安田