Ⓒ 作業報告書

お得様	御茶園通り歯科クリニック 様	ご承認印	深作
住所	水戸市千波町462-6		
TEL	029 291 8884	室名	1F
機種名	ウォシャーディスインフェクタ	メーカー	モリタ (エルエアグリラック)
型式	WE-150 (　号機)	製番	13100043
完了	継続 / 有料 / 無料	通算回数	3234 回

作業日 20 19 年 4 月 16 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
エルエアグリラック
(支店名)
(ご担当者) 小山様
(注文No.)

管理No. 810128

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 静岡SC 神戸SC 広島SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 首都圏SC 福岡SC 宏島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
橋内に水がたまる
(ご依頼者　　様)

原因
給水用電磁弁不具合による二次側への漏れ

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

本日、訪問による確認実施
夜間、バルブ閉等説明実施

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 / H× / 名× 8000 円	8000
3	派遣料 60km×2人 / 名× 100 円	12000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	0
6	有料直路	2266

B

料金内訳		
⑬A 部品代		0
⑭B 技術料等	22	200
⑮		
⑯ 税別合計金額	22	200
消費税	1	776
ご請求金額 ¥	23	976
納品書No.		

お客様への伝言
今後の対応について、後程御連絡致します
橋より水があふれる可能性がありますので、夜間バルブ閉めて下さい。

サービスセンター	つくばSC	実施者	大宝
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業