

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 4月 3日
【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)
 ☐ ユーザー
 ☐ その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 茨城県 ☐ 腔センター水戸

WD-150【機番: 14070112】

IC Clave【機番: 】

【症状】

洗剤供給異常

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☒ 現地対応

 <対応内容> ☒ 部品交換 (洗剤チューブ交換))
 ☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

☐ 水 & お湯

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☐ ハンドピース用ラック

 <メクラ栓の使用> ☐ 有 ☐ 無

 <SUSフィルターの洗浄> ☐ 有 ☐ 無

【備考】

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

 <対応内容> ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】