

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 4 月 1 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 19 日		作業時間： Hr
顧客名	根本歯科医院	様	TEL： 029-832-3500
所在地	茨城県土浦市神立中央1-16-11		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100123	運転回数：1171	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・運転時異音 異臭			
原因			
・回水電磁弁の異常、動作不良			
処置、作業内容			
・回水電磁弁の交換			
・真空ポンプの交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・回水電磁弁		1		
2	・真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 3 日

ご署名 根本 孝一 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/04/01 菊池	環境PJ '19/04/01 小柳