

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2020 年 月 日	【対応日】	2020 年 7 月 10 日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	茨城県 御茶園通ソ歯科クリニック		

案件No. _____

電話受付: _____

現地対応: 廣瀬、小川

送り状番号: _____

【機種】
IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17 (機番: 100119)

【症状・エラーコード】
メンテナンス依頼

【対応方法】
☒ 預かり修理 (代替機No. 100180) ☐ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換() ☐ その他 ()

【運転情報】
運転回数: (585) 回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☒ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: () ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	<ICC・BC> ☒ 生成器 (マイオニ) ☐ 精製水購入 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☒ 網バスケット
--	--

【設置場所】 ☒ 作業台上 ☐ シンク下 ☐ その他() 着手 9/3 ~ 【現地対応者コメント・所感】
