

作業報告書

管理No.	5006	作業日/納入日	2021/10/07(木)	ご依頼日/受付	2021/10/05(火)
お得意様	茨城県歯科医師会口腔センター土浦 様			ご依頼者	様
住所	茨城県土浦市下高津2丁目7-27			室名	1F
TEL	029-822-3835			保守契約	
実施センター	つくばSC	TEL	0298-64-5009	作業者	大里孝夫
同行	太田陽平	同行		同行	
メーカー	I H I 物流産業システム	型式	IC Washer ー		
機種名	ウォッシャー・デ ィスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
		製造番号	100347	運転回数	3 回
機器2型		製造番号		機器3型	
機器4式		製造番号		機器5式	
作業区分	修理	完了・継続	完了	継続	有料・無料
					有料 無料
請求先	株式会社 I H I 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	斉藤 様	見積No	

連絡事項	
------	--

ご依頼内容・現象	①洗剤及びミルク本体接続部より漏れ ②給湯用ホース本体接続部より漏れ	原因	納入より運転3回のため、薬液/ミルクが凝固し、ご使用時に圧が掛かり漏れたと思われます。
	エラーNo・コード		

処置	☐ 部品交換 ☐ 各部増締 ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・PG確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転 ☐ 異常なし	①洗剤／ミルク接続部清掃再セット ※洗剤用差し込み端子変形あり エア抜き実施にて漏れ無し ②接続部増し締め 漏れ無し 試運転90℃実施漏れ無し
----	--	---

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考

作業費用	技術料	平日	3.0 H X	1 名 X	円 =	円	合計	部品合計	円
	派遣料	1.0 名 X	円 X	30 km X	1 回 =	円		作業合計	円
						円			円
						円			円
	宿泊費		泊 X	名 X	円 =	円			
	諸経費					円	税別合計金額	円	
						円	消費税(10%)	円	
						円	ご請求額	円	

お客様への伝言	長期ご使用されない場合には、給湯給水バルブを閉願います。
---------	------------------------------

作業者	お客様サイン
大里	坂 巻

作業報告書

管理No.	5006	作業日/納入日	2021/10/07(木)	ご依頼日/受付	2021/10/05(火)
お客様	茨城県歯科医師会口腔センター土浦 様			ご依頼者	様
住所	茨城県土浦市下高津2丁目7-27			室名	1F
TEL	029-822-3835			保守契約	
実施センター	つくばSC	TEL	0298-64-5009	作業者	大里孝夫
同行	太田陽平	同行		同行	
メーカー	I H I 物流産業システム	型式	IC Washer ー		
機種名	ウォッシャー・デ ィスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
		製造番号	100347	運転回数	3 回
機器2型		製造番号		機器3型	
機器4式		製造番号		機器5式	
作業区分	修理	完了・継続	完了	継続	有料・無料
					有料 無料
請求先	株式会社 I H I 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	斉藤 様	見積No	

連絡事項	
------	--

ご依頼内容・現象	①洗剤及びミルク本体接続部より漏れ ②給湯用ホース本体接続部より漏れ	原因	納入より運転3回のため、薬液/ミルクが凝固し、ご使用時に圧が掛かり漏れたと思われます。
	エラーNo・コード		

処置	☐ 部品交換 ☐ 各部増締 ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・PG確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転 ☐ 異常なし	①洗剤／ミルク接続部清掃再セット ※洗剤用差し込み端子変形あり エア抜き実施にて漏れ無し ②接続部増し締め 漏れ無し 試運転90℃実施漏れ無し
----	--	---

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考

作業費用				円	合計	部品合計	円
	技術料	平日	3.0 H X 1 名 X 8,500 円 =	25,500 円		作業合計	31,500 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 30 km X 1 回 =	3,000 円				円
				円			円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円				
	諸経費		3,000 円			税別合計金額	31,500 円
				円		消費税(10%)	3,150 円
				円		ご請求額	34,650 円

お客様への伝言	長期ご使用されない場合には、給湯給水バルブを閉願います。
---------	------------------------------

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書	納品書No.
大里	坂 寿	●			