

作業報告書

管理No.	5356	作業日/納入日	2021/10/25(月)	ご依頼日/受付	2021/10/25(月)
お客様	常陽歯科医院 様			ご依頼者	様
住所	茨城県水戸市堀町1026-3			室名	2F
TEL	0292555582			保守契約	
実施センター	つくばSC	TEL	0298-64-5009	作業者	大里孝夫
同行	太田陽平	同行		同行	
メーカー	I H I 物流産業システム	型式	IC Clave ー		
機種名	小型高压蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
		製造番号	100527	運転回数	209 回
機器2型		製造番号		機器3型	
機器4式				機器5式	
作業区分	修理	完了・継続	完了	継続	有料・無料
					有料 無料
請求先	株式会社 I H I 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	斉藤 様	見積No	

連絡事項	
------	--

ご依頼内容・現象	朝一、給水タンク満水状態で給水タンク低水位異常訪問時、異常クリアになっていた。	原因	給水タンク内フロート等の不具合が考えられます。
	エラーNo・コード		

処置	<input type="checkbox"/> 部品交換 <input type="checkbox"/> 各部増締 <input type="checkbox"/> 各部清掃 <input type="checkbox"/> グリスアップ <input checked="" type="checkbox"/> 動作確認 <input type="checkbox"/> 設定・PG確認 <input type="checkbox"/> 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) <input checked="" type="checkbox"/> 試運転 <input type="checkbox"/> 異常なし	フロート(低水位/高水位)動作確認 基盤LED点灯確認 フロート汚れ確認無し デンタルモードにて試運転実施
----	---	---

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考

作業費用	技術料	平日	1.5 H X	1 名 X	8,500 円 =	12,750 円	合計	部品合計		円
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	110 km X	1 回 =	11,000 円		作業合計	28,990 円	
	宿泊費		泊 X	名 X	円 =	円			円	
	諸経費					3,000 円		税別合計金額	28,990 円	
	有料道路					2,240 円		消費税(10%)	2,899 円	
						円		ご請求額	31,889 円	
						円				

お客様への伝言 今回の異常について、メーカーに報告致します。

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書	納品書No.
(大里)	野田	●			