

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	峯村 医院 様	機種	ONW-10
所在地	長野市花巻1丁目1684	機番	1504
販売店	新鋭工業販売株式会社 長野営業所	納品日	平成20年2月22日
		依頼日	平成22年3月6日
修理者	ISM 宮下	作業時間	1.5 H
		作業日	平成22年3月14日

修理依頼・苦情内容

・内視鏡洗淨後、7.7mm先端から色水が出る(茶色・紅色)

不具合原因(故障箇所)と処置内容

- ・内視鏡洗淨後の性能確認
 - ・酸素濃度 93.4%
 - ・流量 0.784/min
 - ・圧力 0.126~0.227(MPa)
 - ・オゾン濃度 0.5mg/L (1.5~2.0-良好)
- ・綿子が見えていたこと。
- ・動作確認済
- ・使用内視鏡
(OLYMPUS PCH-Q1510A1)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

年 月 日

ご署名

峯村 医院