

シバウラ用



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境専門課GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	○	開閉動作確認	外装・設置	○	本体の水平確認・基準傾き内
	○	ドアパッキンキズ・汚れ点検		○	アジャスタフットの緩み・設置状態
	○	ドアロックユニット作動確認		○	キズ・汚れ
	○	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		○	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	○	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	○	運転プログラムの確認
				○	入力・出力確認
洗剤ポンプ	○	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	○	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	○	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ			
	○	洗剤投入量の確認 <i>SD ml</i>			
	○	ローラーポンプの動作確認			
給排水	○	外部給水ホースの取付状態、水漏れ <i>スリット部</i>	その他	※①	付属品の確認
	○	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		○	運転説明
		<i>横配管からたて配管へ追加</i>		○	装置内運転時異音・振動
電装系	○	電源スイッチの作動状態	※① 付属品 変更 ・ハンドピースラック → 標準ラック ・ハンドピースラック肉連付属品 取消し		
	○	SDソケットの反応・汚れ			
	○	行程表示LEDの点灯			
	○	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

[illegible]