

# クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

作業者用



環境事業部 営業サービスグループ

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

お客様	名称 フリーゼア歯科医院	製造番号 1404703	ご確認 右写
	住所 岡山県岡山市吉田町1-17-1	納入日 2016.5.2	
	納入場所 ムシナ・ヒス(株) 佐藤 晴田	納入検査実施	

## 項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯	
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ	
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認	
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト	
	✓					
異常なし			その他	✓	付属品の確認	
✓				✓	運転説明	
✓				✓	装置内運転時異音	

## 備考