

点検・修理報告書

管理 No. 20180320

発行日: 2018年 03月 20日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2018 年 3 月 20 日	作業時間:	5 Hr
顧客名	八塚藤波歯科医院	様	TEL:
所在地	埼玉県草加市谷塚1-5-11		ご担当
販売店	株式会社モリタ北関東支店		ご担当
納入年月日	2016 年 5 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100104	運転回数: 978	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
------	--------------	-----------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 全面ドア左側下部より水漏れ発生

原因

① ドアパッキンの劣化による水漏れ

処置、作業内容

- ① 1年目定期保守点検作業
- ② ドア下部のシリコンシート固定金具取付
- ③ ドア開閉用部品を交換

特記事項

洗浄槽内部の槽内フィルターに目詰まり等がありました。

循環水圧低エラーの発生、循環水ポンプの故障の原因となりますので、こまめな清掃をお願いいたします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	1年目定期メンテナンス部品		1セット		
2	シリコンシート固定金具取付		1		
3	ドア開閉対策部品		1セット		
4					
5					
6					
7					

① 有償 2. 無償

部品代 合計

技術料

出張料

谷塚藤波歯科医院

藤波弘州

〒340-0028 埼玉県草加市谷塚1丁目5番11号

TEL/FAX 048-929-0034

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

桐

'18/03/20

野

桐

'18/03/20

野