

P. 004  
FAX番号: 03-3493-7060  
エムシーサービス 株式会社  
2016/01/14/木 19:15

D 作業報告書

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 起票    | 林業科 クリニック 様        | ご承認印 |
| 住所    | さいたま市大宮区大成町1-452-1 | (印)  |
| TEL   | 048-664-1212 室     | 様    |
| 機種型式  | ワシマ WD-150         | 号機   |
| 完     | 継続                 | 有料   |
| 取扱業者名 | (株)IH シンワ 様        | ご担当者 |
|       | 岡田                 | 安田 様 |

ご依頼内容・現象  
エー-8 循環圧が低下が発生する。

原因  
循環ポンプの不具合による。

処置  
循環ポンプ交換。  
循環圧時間等調整。  
竣工工程において試運転。

最終確認チェック

|                                        |                                             |                                         |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 漏れ | <input type="checkbox"/> 行程異常               | <input type="checkbox"/> 異音・異臭          | <input type="checkbox"/> 安全装置動作 |
| <input type="checkbox"/> 絶縁            | <input checked="" type="checkbox"/> プログラム設定 | <input checked="" type="checkbox"/> 試運転 | <input type="checkbox"/> 最終検査終了 |

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| メーカー                          |                                |
| 機種                            |                                |
| <input type="checkbox"/> 異常なし | <input type="checkbox"/> 警報・Er |
| <input type="checkbox"/> 漏れあり | <input type="checkbox"/> 異音あり  |
| <input type="checkbox"/> 破損あり | <input type="checkbox"/> 劣化あり  |
| 部位                            |                                |

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 1 月 12 日

|        |         |         |         |         |         |           |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 検点整備  | 3 性能点検  | 4 点検整備  | 5 点検    | 9 特約 (摘要) |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 24時間  | 3 CM    | 医療機器    | 区分      | 特 非 特 非   |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検     |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC     |
|        |         |         |         |         | 80 アフター | 90 その他    |

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額   |
|-----|-----------|----|----|------|
|     | 循環ポンプ     | 1  |    | 支給部品 |
|     |           |    |    |      |
|     |           |    |    |      |
|     |           |    |    |      |
|     |           |    |    |      |
|     |           |    |    |      |

|   |                        |       |
|---|------------------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性能・ (見積書No. ) |       |
| 2 | 技術料 3 H × 1 名 × 7500 円 | 22500 |
| 3 | 派遣料 100K × 1 名 × 100 円 | 10000 |
| 4 | 宿泊費 泊 × 名 × 円          |       |
| 5 | 諸経費 高速料                | 1860  |
| 6 |                        |       |

実施者 17 住

TEL - -

メモ

特記事項

①管理 No 781199

②作業日 20 16 01 12

③Uコード 0486641212

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No 14080152

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-202-1

⑨実施SC 79

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

|     |   |
|-----|---|
| 部品代 | 0 |
|-----|---|

⑭B

|      |       |
|------|-------|
| 技術料等 | 34360 |
|------|-------|

⑮

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

⑯

|        |       |
|--------|-------|
| 税別合計金額 | 34360 |
|--------|-------|

B

|     |      |
|-----|------|
| 消費税 | 2748 |
|-----|------|

ご請求金額 ¥ 37108

納品書 No 8126