

D 作業報告書

依頼者様 (株)141インバウラ	ご承認印 [印]
住所 岡山県	氏名 安田
TEL 086-944-6528	室名
機種 型式	運転 回数
完了	継続
有料	無料
製番	
取扱業者名 (株)141インバウラ	ご担当者 安田

ご依頼内容・現象 BC-17/14070123 星和 D/c	BC-17/13100036 小松 こともし
原因・E30 真空異常 ・E20 低圧異常	・E10 蒸気発生器高圧異常 ・E31 缶内加圧異常
処置・給気弁 SV3 清掃・調整 ・圧力センサー交換	・給水ポンプ部スロット交換 ・ヒア・ヒックス交換 ・エア・フィルター交換 ・点検

作業日 20 16 年 05 月 10 日

保守形態
1 保守契約
2 性能点検
3 性能点検
4 点検整備
5 点検
6 対象 (摘要)

サービス形態
1 保守期間
2 スポット
3 CM
4 医療機器
5 区分
6 特管
7 非特管

作業区分
00 製品販売
10 納入設置
11 現地調整
20 定期点検
30 性能検査
40 点検
50 点検
60 撤去移設
70 PR
72 取扱説明
73 改造
74 部品納入
75 下見
77 FC
80 アフター
90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能検	(見積書No.)
2	技術料	8 H × 1 名 × 5,000円 40,000
3	派遣料	名 × 円
4	宿泊費	泊 × 名 × 円
5	諸経費	
6		

サインセンサ

TEL

実施者 西村

メモ

特記事項

①管理 No. 780825

②作業日 20 16 05 10

③Uコード 086 944 6528

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-999-9

⑨実施 SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 40,000
⑮	
⑯	税別合計金額 40,000
	消費税 3,200
ご請求金額 ¥	43,200

納品書 No. 1/22

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし