

作業報告書

お得意様	みのもりのもり業科			様	ご承認印
住所	青森市新町 6丁目16				
TEL	0424-32-1111	室名		依頼	様
機種型式	BC-17/WD-150		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	14060097/14060086
取扱業者名	(株)EHIシドウラ		様	ご担当者	岡山 小野 様

ご依頼内容・現象
保守点検 2年目 Wバーシフサポート
おまひ WD-150 循環ポンプ交換。

原因

処置
点検表に基づく各部の点検・整備
消耗部品の交換。
インジェクターによる性能チェック。

循環ポンプ交換。

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし ☐ 警報・Br ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり	部位
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし		

作業日 20 16 年 19 月 21 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 24h	3 CM	医療機器	3	区分	特 非 管 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取替説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター
							90 その他

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460	Kアームピン	1		4600
T00201120	扇形ピンL=500	1		790
T00201100	扇形ピンL=1500	1		1050
T00202460	HEPAフィルター	1		14700
T00202300	入口フィルター	1		520
T00203190	DPIセンサーアッシー	2		2800
	循環ポンプ	1		交換部品

1	(基本) 据付(点検)・性検	(見積書No.)	54,000
2	技術料 H× 名× 円	ポンプ交換	5,000
3	派遣料 120K× 1 名× 100 円		12,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 高圧料		2480
6	循環ポンプ返送料、24分		3000

サインセンター	東京SC	実施者	住
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理No. 775875

②作業日 20 16 09 21

③Uコード 0424321111

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. 14060097

⑦保守・サービス形態 9-2-40

⑧故障コード 01-501-1

⑨実施SC 29

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳

⑬A

部品代 24460

⑭B

技術料等 75480

⑮

- 24460

⑯

税別合計金額 75480

消費税 6038

408

ご請求金額 ¥ 8,518

55107

納品書No. 5109