

D 作業報告書

依頼者様	藤波齒科医院		様	ご承認印
住所	草加市谷塚町140-6			
TEL	048-929-0039	室名		依頼
機種型式	ICウォルター	号機		回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名(株) IHI ミバウラ		ご担当者		
岡山事業所		小野 様		

ご依頼内容・現象

本体より水漏れ

原因

ドアパッキン劣化の為。

処置

ドアパッキン 交換。

80°設定、試運転。

動作確認、異常無し、水漏れ無し。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 8 月 26 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	(9) 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	ドアパッキン(長)	1		交換部品
	ドアパッキン(短)	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 7,500円		11,250
3	派遣料 80K× 1 名× 100 円		8,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	高運代、駐車代		2,440

サービスセンター

埼玉SC

TEL - -

実施者

中村

部署長

入力

検印

納品書

小林

長瀬

久保

メモ

特記事項

①管理 No. 770167
 ②作業日 20 16 08 26
 ③Uコード 0489290034
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 100104
 ⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50
 ⑧故障コード 60 - 501 - 1
 ⑨実施SC 84
 ⑩技術者 33
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

0

⑭ B

技術料等

24,690

⑮

⑯

税別合計金額

24,690

B

消費税

1,975

ご請求金額 ¥

26,665

納品書 No.

4744