

D 作業報告書

依頼先	あさひ眼科病院		様	ご承認	
住所	さいたま市緑区道徳エ2-16-15		浅香		
TEL	048-813-8000	室名		ご依頼	様
機種形式	J/C ウォッシャー		号機	運転回数	同
元	継続	有料	無料	製番	100182
取扱業者名			ご担当者		
(株) JHI アプソテック 様			廣瀬 様		

ご依頼内容・現象
洗剤供給エラー

原因
洗濯内部のフロッピーリールが破損している。

処置
洗剤単独動作確認
(洗剤投入確認、流量計測定確認)
ポンプ回転確認
洗剤タンクコネクタ線再接続

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言 様子を見てから御使用下さい。	隣の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり	
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし		

作業日 20 18 年 6 月 7 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	6 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料	1 H× / 名× 8,000円
3	派遣料	50 × / 名× 100円
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	3,000
6		

サービス担当者	TEL	-	-	実施者	甲村
---------	-----	---	---	-----	----

部署長	検印	入力	納品書
中村	30.5.11	小林	久保

メモ

特記事項

①管理 No. 798525

②作業日 20 18 05 07

③Uコード 0488138000

④機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100182

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 56-510-2

⑨実施SC 87

⑩技術者 33

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 16000
⑮	
⑯	税別合計金額 16000
消費税	1280
ご請求金額 ¥	17280
納品書 No.	1015