

D 作業報告書

お得意様	藤波菌科			様	ご承認印
住所	草加市谷塚町140-6			様	
TEL	048-929-0034	室名		依頼	様
機種型式	IC7L-7		号機	運転回数	回
☒ 完了 ☐ 継続 ☐ 有料 ☐ 無料 ☐ 製番					
取扱業者名 (社) IHイシハラ			ご担当者	小野 様	

ご依頼内容・現象
IC7L-7 代替器 圧力センサー 故障

原因

処置
 ・TEXTYEAR リセット。
 ・圧力ゼロ設定。
 ・デントルモードにて試運転。加温中。
 No.12 ドラセンサー 異常発生。バルブ＆M
 当たり面清掃。
 ・ドラックマイクロスイッチ端子脱落してました。
 ・ドラックマイクロスイッチ端子接続。

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
8/30 お客様が試運転 の予定です。	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	部位

作業日 2016年8月19日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ガール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 3 H× 1 名× 7,500円		22,500
3	派遣料 80K× 1 名× 100 円		8,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	高運代、駐車代		2,840

サービスセンター	埼玉SC	実施者	中村
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理 No. 770160

②作業日 20160819

③Uコード 0489290034

④⑤機種コード 11-09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-305-2

⑨実施SC 84

⑩技術者 33

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 36,340
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 36,340
⑱ B	消費税 2,907
ご請求金額 ¥ 39,247	
納品書 No. 4393	