

得意様	法人まる歯科				様	ご承認	印
住所	さいたま市岩槻区本丸3-20-53						
TEL	048-749-6480	署名			ご依頼		様
機種型式	ICウォッシュー			号機	運転回数		回
	完了	継続	有料	無料	製番	100139	
取扱業者名	(株)ITIアグリテック				様	ご担当者	中澤 様

ドアの開閉時ブレーキが効かず、
軽くなっている。

ドア右側のワイヤ 1744

714. 交換作業一式

☐別紙添付 ☒あり ☐なし

ワコー右左	1式		
右フーリー	1		
エッジガード	4		支給品
スワッチ右	1		
調整プレート右	1		

1	基本・掘付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1.5 日 × 2 名 × 8,000 円	24,000
3	派遣料	50k × 名 × 100 円	5,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

サトウサンシャイ

埼玉 SC

TEL - -

実施者 株式会社 村瀬

部署長	検印	入力	納品書
			

特記事項

①管理 No. 798753

②作業日 20 1806/13

③Uコード 0487496480

④⑤機種コード 111 - 74

⑥製造 No. 1100139

⑦保守・サービス形態
作業区分 7 - 2 - 50

⑧故障コード 50 - 014 - 1

⑨実施SC 84

⑩枝番者 17

⑪同行・応援 33, ,

⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

E. A.

部 品 代

1

⑭ B

技術料等

32:000

15

16

税別合計金額	¥ 1,000,000
--------	-------------

32000

消 費 稅

2560

②請求金額 ¥

34:160

雑誌名 No.

2,94