

作業報告書

お客様 様	H26年10月20日		ご承認印
住所 様	〒118-7-1		
TEL 様	049-101-6493	室名	依頼
機種 様	WD-150		号機
完了	継続	有料	無料
製造	14060108	製番	
取扱業者名	(株)エムシーサービス		ご担当者
	小野 様		

ご依頼内容・現象
排水エラー

原因
循環ポンプ不良

処置
排水エラー 7-11 なく、
エラー 08 循環水圧低下エラー。
10/26 19:00 ~ 循環ポンプ交換に
伺います。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
部位	

作業日 20 16 年 10 月 20 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性検 整備	3 性検 点検	4 点検 整備	5 点検	9 対象 外	(摘要)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	医療 機器		区分	特 非 管 特
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 ゴー ル
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1.5 H × 1 名 × 7,500 円	11,250
3	派遣料	90K × 1 名 × 100 円	9,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	高運代	2,380
6			

サービス センター	実 施 者
TEL - -	中村

メモ

特記事項

①管理 No. 770195

②作業日 20 16/10/20

③Uコード 0485016483

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14060108

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード - - -

⑨実施 SC 84

⑩技術者 30

⑪同行・応援 33, ,

⑫原因・処理 - - -

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
A	⑭ B 技術料等 22,630
	⑮ 22,630
⑯	税別合計金額 0
B	消費税
ご請求金額 ¥ 0	
納 品 書 No.	