

D 作業報告書

お得意様	上尾中央総合病院様			ご承認印
住所	埼玉県上尾市			
TEL	048-773-1111	室名	内科科	様
機種型式	ICワッシャー	号機	100247	同
(完了)	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHイグリック様			ご担当者
	安田様			様

ご依頼内容・現象
洗浄行程中水漏れする。
原因
ドア左側から水漏れ
処置
ドア開閉時、ドアパッキンあたり調整、清掃 本体アジャスタ調整 マニタブルにて給水循環テスト、 運転テスト(90℃5分オート)漏れなし。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 10 月 11 日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	医療機器		区分	特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時間 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2 名 × 7,500 円	15,000
3	派遣料	20km × 1 名 × 100 円	2,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	駐在費代	6,000
6			3,000

サインセンター	埼玉 SC	実施者	安田
---------	-------	-----	----

メモ

特記事項

(株)IHイグリック
安田様

①管理 No.	789402
②作業日	20 17 10 11
③Uコード	0487731111
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	100247
⑦保守・サービス形態	9 - 12 - 50
⑧故障コード	610 - 501 - 9
⑨実施SC	87
⑩技術者	310
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9 - 9 - 1 - 12

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	21,000
⑮		
⑯	税別合計金額	21,000
⑰B	消費税	680
	ご請求金額 ¥	22,680
	納品書 No.	5876