

D 作業報告書

得意様	若葉ワーク歯科			様	ご承	印
住所	埼玉県熊谷市					
TEL	026-273-0896	番名		依頼		様
機種型式	ICウィッシャー	号機		運転回数		回
完了	継続	有料	無料	製番	100204	
取扱業者名	EHIアグリテック		様	ご担当者	安田	様

ご依頼内容・現象

。機器内漏水検知、

原因

。循環インレ型継手破損のため
機器内部漏水

処置

。機器内部水拭き取り
。清掃 組み立て
。後日 代替え機対応

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2017年10月26日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	(9) 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 C.M	医療機器		区分	特 非 管 容 管 許
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コル
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 名× 7500 円		22500
3	派遣料 30km× 1 名× 100 円		3000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6			

サインセンター	実 施 者
埼玉県 熊谷市	安田 裕
TEL	

部署長	入力	検印	納品書
		29.10.31	

特記事項

(株)EHIアグリテック
安田様

①管理 No. 789362
②作業日 2017/10/26
③Uコード 0492710896
④⑤機種コード 11-09
⑥製造 No. 100204
⑦保守・サービス形態 9-2-50
⑧故障コード 610-123-3
⑨実施SC 84
⑩技術者 30
⑪同行・応援 04
⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A
部 品 代 0

A ⑭ B
技術料等 22500

⑮

⑯
税別合計金額 22500

B
消 費 税 2040

ご請求金額 ¥ 22540

納 品 書 No. 6490