

お客様	名称	ほんまる歯科 様	製造番号	100139	点検 実施日	ご承認 印	
	住所	埼玉県さいたま市 岩槻区本丸3-20-53 2F	運転回数	2289	点検 実施者		A高
	納入場所		サービス形態		モリタ 担当者		

✓	ドア開閉動作
✓	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
✓	ドアフックの掛かり・押付け強さ
✓	ドア締め付けスイッチの作動
✓	インターロックの作動
✓	テンションスプリングの取付け・伸び
✓	ドアパネルの取付け・キズ
✓	ドアヒンジの動作
✓	ドア手動開放レバーの作動
✓	ドア開放スイッチONの際の開放量

- ✓ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ✓ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ✓ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ✓ ローラーポンプの作動
- ✓ 薬剤投入量
- ✓ 薬剤レベルセンサーの作動

- ✓ 乾燥ファンの取付け
- ✓ 乾燥ファンの作動・異音
- ✓ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ✓ 乾燥ヒータの作動
- ✓ プレフィルタのつまり・汚れ
- ✓ HEPAフィルタのつまり・汚れ

✓	外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
✓	外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
✓	給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
✓	排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
✓	循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
✓	乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
✓	給水弁の作動・漏れ
✓	給湯弁の作動・漏れ
✓	水位圧カススイッチの取付け・漏れ
✓	給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

- ✓ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ✓ 循環ポンプの作動・異音
- ✓ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ✓ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ✓ 排水ポンプの作動・異音
- ✓ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ✓ 凝縮排水ポンプの作動・異音

- ✓ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ✓ 槽内LEDの点灯
- ✓ 洗浄アームの回転
- ✓ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ✓ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ✓ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ✓ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ✓ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
✓	ディスプレイの色あせ・表示
✓	電源スイッチの作動
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
✓	各基板のコネクター緩み
✓	端子の緩み・コネクターの接続
✓	メモリーカードへの書き込み確認
✓	圧力センサーの取付け
✓	ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

☒インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認
☒ 合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
値環式 ≥ 70	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030