Ⓓ 作業報告書

お得意様	のぞみデンタルクリニック 様	ご承認印	田村
住所	埼玉県斎居町		
TEL	048-501-6483	室名 1F	ご依頼 様
機種型式	WD-150	号機	運転回数 回
(完了)	継続	(有料)	無料	製番 14060108
取扱業者名	(株)IHIアグリテック 様	ご担当者	富田 様

作業日 20 18 年 7 月 18 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / (9) 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / (2) スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / (50) コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

(24時制で記入)

	月	日	時	分
受付時間				
出発時間				
到着時間				
作業完了時刻				

メモ

特記事項
(株)IHIアグリテック
富田様

①管理No. 803214
②作業日 20 180718
③Uコード 048501648 3
④⑤機種コード 11 - 04 92
⑥製造No. 14060108
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 0 - 50
⑧故障コード 20 - 208 - 0
⑨実施SC 78
⑩技術者 30
⑪同行・応援
⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象
・満水エラーが解除できない。

原因
・排水ポンプ内部異物詰り
ポンプが作動しない為。

処置
・排水ポンプ分解異物除去。
・車内給水 排水テスト。
・各部水漏れチェック。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)		
2	技術料 2H×	1名×	8,000 円	16,000
3	派遣料 90K	名×	円	9,000
4	宿泊費 泊×	名×	円	
5	諸経費 (高速代)			380
6	諸経費			3,000

料金内訳

⑬A 部品代	0
⑭B 技術料等	30,380
⑮	
⑯ 税別合計金額	30,380
消費税	2,430
ご請求金額¥	32,810
納品書No.	3373

最終確認チェック
□漏れ □行程異常 □異音・異臭 □安全装置動作
□絶縁 □プログラム設定 □試運転 □最終検査終了

お客様への伝言
□別紙添付 あり なし

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
□異常なし □警報・Er
□漏れあり □異音あり
□破損あり □劣化あり
部位

サービスセンター 群馬SC TEL - -
実施者 安藤

部署長	検印	入力	納品書
	長川	小林	久保

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 ▼FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。