

作業報告書

登録	ほんまる歯科医院		様	ご承
住所	さいたま市若槻区本丸3-20-53		山本	
TEL	0120-6980-78	室名		様
機種型式	ICウォッシャー	号機	100139	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名 (株)ITHI アグリテック		ご担当者 廣瀬 様		

ご依頼内容・現象	循環水圧低下エラー
原因	循環ホッパの故障
処置	後日代替機の入れ替え作業と実施致します。

最終確認チェック	☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了
お客様への伝言	本日中にメ-カより代替機入れ替え作業の日程を以て連絡致します。 ☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし
隣機の機器のコンディション	メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位

作業日 20 18 年 8 月 30 日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管			
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 搬去移設		
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他		

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 798879

②作業日 20 18 08 30

③Uコード 0120698098

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 100139

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32 - 202 - 9

⑨実施SC 84

⑩技術者 17

⑪同行・応援 31, ,

⑫原因・処理 1-9-1-2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 8,000円	8,000
3	派遣料	50 H × 1 名 × 1,000円	5,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 16,000
⑮	
⑯	税別合計金額 16,000
⑰	消費税 1,280
ご請求金額 ¥ 17,280	
納品書 No. 4711	

部署長	検印	入力	納品書
TEL 11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11
実施者 塚田			