

《不具合対応報告書》

担当者: 中村・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 3月 12日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 ワカバウォーク歯科

IC Washer【機番:100345】

IC Clave【機番: 】

【症状】

プッシュナット外れ

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

 《対応内容》 ☐部品交換()
 ☒その他(再取付)

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

 《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】 ■水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ■標準ラック

☐ハンドピース用ラック

 《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【備考】

2019/1/10新品入替後の不具合

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】