

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 23日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018 年 11 月 23 日		作業時間: Hr
顧客名	あさか南科医院	様	TEL: 048-813-8000
所在地	埼玉県さいたま市道祖工 2-16-15		ご担当 様
販売店	(株)モリタ 北関東支店		ご担当 山口 様
納入年月日	2017 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回数 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100234	運転回数: 2074 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. 運転が突然止ま.仁		
2. 定期メンテナンスの実施		
原因		
1. 電源スイッチ配線、接触不良		
処置、作業内容		
1. 配線(導線)を交換.仁		
2. 定期メンテナンスを実施.仁		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	電源スイッチ配線		/		
2	ドアバネ		/		
3					
4					
5					
6					
7					

	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技術料	
		出張料	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒3300117 埼玉県さいたま市道祖工2-16-15
あさか南科医院
浅香 享一
ご署名 0488138388

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者