

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 19日

機種/型式	ワシター・ディスタインクター IC Washer		
作業年月日	2018年 12月 13日	作業時間:	Hr
顧客名	あさか 歯科医院	TEL:	048-813-8000
所在地	埼玉県さいたま市緑区道祖土2-16-15	ご担当	— 様
販売店	(株)モリタ 北関東支店	ご担当	水村 様
納入年月日	2017年 2月 23日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・ ☒ 取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 100182	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・シャットダウン		
原因		
・SDカード基板が水濡れでの腐食、ショート発生		
処置、作業内容		
・SDカード基板を交換済み		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDカード基板		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
〒336-0907 さいたま市緑区道祖土2-16-15 あさか 歯科医院 浅 香 淳 一 TEL 0488138000 FAX 0488138888				部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	4000

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
電 18.12.19 田	