

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 12 月 20 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 12 月 6 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	津田歯科医院	様	TEL： 0296-25-5175
所在地	茨城県筑西市乙530-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 11 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100019	運転回数：1955 (メンテナンス後919回)	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・機体内漏水			
原因			
・ドア前面からの水漏れによる機体内漏水			
処置、作業内容			
・別紙改修内容参照			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒308-0041 茨城県筑西市乙530-2

津田歯科医院

院長 津田 哲

TEL 0296-25-5175

FAX 0296-25-5179 印

修理業者

株式会社HIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/12/6
関口

環PJ
'18/12/6
関口