

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 25日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2018 年 12 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	高田歯科医院 様	TEL: 0480-33-6697	
所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町学園台1-12-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100107	運転回数:	タフネットVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	-------	---------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ ドア左側からの水漏れ

原因

- ・ 改修対応箇所であるシリコンシートの劣化から噛み込みによる水漏れ

処置、作業内容

- ・ 最新の対策内容を施工（別紙参照）
- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

埼玉県南埼玉郡宮代町学園台1-12-1

高田 歯科

ご署名 TEL: 0480-33-6697

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ 18/12/17 元森	環PJ 18/12/17 関口