

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 1月 15日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 12 月 24 日 作業時間: Hr
顧客名	上尾中央総合病院 歯科口腔外科 TEL: 048 -773-1111
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 9 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100247	運転回数:	タフテックVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ シャットダウン (乾燥工程前)			
原因			
・ 機体内部漏水によるショート (前回修理作業時のミスによるもの)			
処置、作業内容			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1			一式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	※別途参照

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 1月 15日

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '19/01/15 元森	環PJ '19/01/15 元森