

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 5 月 31 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 5 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	あいゆう歯科 三郷診療所	様	TEL： 0120-8119-49
所在地	埼玉県三郷市戸ヶ崎2-243		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号：14060096	運転回数：3427	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・洗剤供給異常			
原因			
・洗剤流量計の故障			
処置、作業内容			
・洗剤流量計の交換			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤流量計		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 31 日

ご署名 小野 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/05/28 富田	環境PJ '19/05/28 安田