

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 5日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 4 月 2 日 作業時間: Hr
顧客名	あい歯科・小児歯科 様 TEL: 043-496-0007
所在地	千葉県印旛郡酒々井町上岩橋67-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 10 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100016	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ ドアが開きっぱなしの状態になる

原因

- ・ ドア開閉ワイヤー切れ

処置、作業内容

- ・ ドア開閉部品を対策品に交換
- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ ドア開閉対策部品		一式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒285-0905 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋67-1

あい歯科・小児歯科

院長 遠山 大輔

TEL 043-496-0007 FAX 043-496-7220

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

