

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 9月 5日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 8 月 30 日 作業時間: Hr
顧客名	上尾中央総合病院 歯科口腔外科 TEL: 048-773-1111
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10 ご担当 道上 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 1 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100194	運転回数: 739/2914	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー15 (蒸気発生器加熱時間オーバー異常)			
・ エラー16 (蒸気注入異常)			
原因			
・ 蒸気発生器ヒーター断線 (エラー15、16)			
処置、作業内容			
・ 蒸気発生器ヒーター交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 蒸気発生器ヒーター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 6 日

ご署名 道上 孝子 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/08/30 富田	環PJ '19/08/30 石井