Ⓑ 作業報告書

得意様	荒井歯科医院 様	ご承認印	渡辺
住所	埼玉県飯能市仲町6-15		
TEL	048-749-6480	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	IHIアグリテック
型式	WD-150 (号機)	製番	13090017
完了 / 継続	有料 / 無料	通算回数	1126回

作業日 20 19 年 9 月 11 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 メール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間				
作業完了時刻				

取扱業者(請求先)
(株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 廣瀬 様
(注文No.)

管理No. 812286

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 東京SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 滋賀県SC 宇都宮SC 広島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
排水不良発生
(ご依頼者 様)

原因
排水ポンプの性能が弱まってきているためと思われます。

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☑動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・通常排水時間60秒から75秒へ変更。(IHIアグリテック廣瀬様の指示のもと)
・排水動作確認、異常無し。
エラー発生無し。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 1 H× 1 名× 8,000 円	8,000	
3	派遣料 50k × 1 名× 100 円	5,000	
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費	3,000	
6			

料金内訳

⑬A 部品代		0
⑭B 技術料等	16	000
⑮		
⑯ 税別合計金額	16	000
消費税	1	280
ご請求金額¥	17	280
納品書No.		

お客様への伝言

サービスセンター 埼玉SC TEL 実施者 中村(裕) 根岸

責任技術者	検印	入力	納品書

B 実施者→取扱業者