

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 4 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 2 月 27 日		作業時間： Hr
顧客名	うらわイースト歯科	様	TEL： 048-711-4218
所在地	埼玉県さいたま市南区大谷口5407		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100112	運転回数：916	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー12 ドアセンサ異常			
・エラー18 滅菌異常			
・エラー26 停電			
原因			
・ドアロックピンの可動が悪く、加圧時にピンがささらずドアセンサーが感知していない（エラー12）			
・真空側、蒸気側の安全弁からの漏れ（エラー18）			
・蒸気発生器ハーネスのショート			
処置、作業内容			
・ドアロックピン対策品交換 → ドア部分解、再組立て後に検査実施			
・安全弁、蒸気発生器の交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ドアロックピン		1		
2	・安全弁		1		
3	・蒸気発生器		1		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 5 日

ご署名 宮澤 孝征

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

