Ⓒ作業報告書

得意様	あいゆう歯科 様	ご承認印	
住所	三郷市戸ヶ崎 2-243		
TEL	048-956-8119	実名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	(株)IHIアグリテック
型式	WD-150 (　号機)	製番	14060096
完了	継続	有料	無料	運転回数	4,378 回

作業日 2020年 7月 28日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 8 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 ネット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間				
作業完了時刻				

取扱業者(請求先)
(株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 小山 様
(注文No.)

管理No. 812392

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒397-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC 小諸SC 静岡SC 長野SC 福岡SC 仙台SC 秋田SC 桜本SC 上尾SC 神戸SC 越谷SC 郡山SC 北浦和SC 埼玉SC 名古屋SC 横浜SC 福島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 岐阜SC 宏島SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒398-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒397-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4116 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
・扉が全開に開く
(ご依頼者 様)

原因
・扉ワイヤー切れ

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
- ☑グリスアップ ☑動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・扉ワイヤー交換作業。
・装置各部の清掃。
・洗剤、仕上剤チューブ内エアー抜き。
・単独動作にて循環ポンプ、乾燥ファン動作確認、異常無し。水漏れ無し。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ステンレスワイヤーロープ	2	5,000	10,000

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 3.H× 1 名× 8,000 円	24,000	
3	派遣料 90K × 1 名× 100 円	9,000	
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 高速代	2,360	
6		3,000	

B

料金内訳	
⑬A 部品代	10,000
⑭B 技術料等	38,360
⑮	
⑯ 税別合計金額	48,360
消費税	4,836
ご請求金額¥	53,196
納品書No.	

サービスセンター	実施者
埼玉SC TEL	中村 鈴木

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業