

点検・修理報告書

管理 No. 20282

発行日: 2020年8月24日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2020 年 8 月 21 日		作業時間: 16 Hr
顧客名	たかた歯科 様		TEL: 0480-33-6697
所在地	埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-3-11		ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 伊藤 様
納入年月日	2016 年 5 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 —
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張(引取)	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100113	運転回数: 2391回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.12 ドアセンサー異常		
原因		
・工場確認時にエラーの再現はございませんでしたが、左右脚の高さを変えたところエラーの再現が認められました。 異なる高さの設置台を跨いだことで運転時の振動が大きくなり、ドアロックがOFF検知になったと考えられます。		
処置、作業内容		
・振動による影響を低減するために、ドアマイクロスイッチのストローク調整を実施しました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
1.有償 2.無償		部品代 合計		¥0
		技 術 料		¥0
		出 張 料		¥0
		合 計		¥0

2020年9月20日

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒345-0045 月 日
 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-3-11
 TEL 0480-33-6697 FAX 0480-33-6697

ご署名 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/08/24	20/08/24	20/08/24

点検・修理報告書

管理 No. 20337

発行日: 2020年8月21日

作業年月日		2020 年 8 月 21 日		作業時間: 2 Hr	
顧客名		たかた歯科 様		TEL: 0480-33-6697	
所在地		埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-3-11		ご担当 一 様	
販売店		株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 伊藤 様	
納入年月日		2016 年 5 月 25 日		保証期間 内 ☐ 外 ☒	
作業区分		保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張 ☒ 引取		修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100107	運転回数: 2865回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.9 仕上剤供給異常		
・ドア左側からの水漏れ		
・運転終了後に排水しきらないことがある(槽内フィルターへの水残り)		
原因		
・エラーNo.9: 仕上剤チューブ接続コネクタ及び、仕上剤ポンプ内チューブの劣化。		
一熱水消毒時に仕上剤が安定して供給されなかったことによるエラー発報。(供給される場合とされない場合がある)		
・ドアからの水漏れ: 再現なし。再設置時の確認でも水漏れがありませんでしたので、経過のご確認をお願いいたします。		
・槽内下部の水残り: 槽内フィルター3への緩衝引っかけり。		
処置、作業内容		
・エラーNo.9: 接続コネクタ・ポンプ内チューブ・流量計の交換を実施しました。		
・機械の再設置をおこない、水漏れのないことを確認しました。		
・槽内下部の水残り: 槽内フィルター3の清掃(ブラッシング)を実施しました。排水ポンプは異常ございませんでした。		
特記事項		
・乾燥ラインのプレフィルタ・HEPAフィルタが汚れておりましたので、交換を実施しました。		
・器械内にホコリ・錆等が見られました。今後、点検の実施をご検討をお願いいたします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	仕上剤コネクタASSY	762304010	1	—	—
2	薬剤ポンプ内チューブ	762875910	2	—	—
3	薬剤流量計ASSY	762304270	1	—	—
4	プレフィルタ	762822850	1	—	—
5	HEPAフィルタ	762822590	1	—	—

1.有償	2.無償	部品代 合計	¥0
		技 術 料	¥0
		出張 料	¥0
		合 計	¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年9月20日

〒345-0845

埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-3-11
TEL 0480-33-6697 FAX 0480-33-6697

ご署名

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	中村
'20/08/24	'20/08/24	'20/08/21