

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 5 月 18 日

機種/型式	クラスB オートクレーブ Ecclave		
作業年月日	2020 年 4 月 21 日	作業時間:	8 Hr
顧客名	天田デンタルクリニック 様	TEL:	
所在地	群馬県みどり市笠懸町阿左美 1934-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2018 年 6 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100340	運転回数: 1224	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー16 蒸気注入異常

原因

蒸気弁の故障

処置、作業内容

蒸気弁の交換

特記事項

真空ポンプの音が若干大きかったので、念のため交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 5 月 19 日

ご署名

高柳

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者