(D) 作業報告書

得意様	あさか歯科医院 様	ご承認印	
住所	さいたま市緑区道祖土2-16-15		
TEL	048-813-8000	実名	
機種名	高圧蒸気滅菌装置	メーカー	(株)IHIアグリテック
型式	IC クレーブ (号機)	製番	100234
定期 / 継続	有料 / 無料	訪問回数	回

作業日 2020年 6月 29日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守周期 / 2 ホット / 3 CM / 医療機器 / 区分 特管 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 小山様
(注文No.)

特記事項

①管理No. 825014
②作業日 2020629
③Uコード 0488138000
④⑤機種コード 11 - 73
⑥製造No. 100234
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50
⑧故障コード 99 - 999 - 9
⑨実施SC 84
⑩技術者 33
⑪同行・応援
⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象
代替器へ入替補助作業
(ご依頼者 様)

原因

処置
- □部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い □試運転 □最終検査終了・異常なし

(株)IHIアグリテック 中村様の指示に基づく
代替器へ入替補助作業。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1 H× 1 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料 50K× 1 名× 100 円	5,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

料金内訳

⑬A 部品代	0
⑭B 技術料等	13,000
⑮	
⑯ 税別合計金額	13,000
消費税	1,300
ご請求金額 ¥	14,300
納品書No.	2410

お客様への伝言

サービスセンター 埼玉SC TEL 実施者 中村

責任技術者	検印	入力	納品書
中村		小林	

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求

0492220178 エムシーサービス(株)埼玉サービスセンター 2020.06.30 11:05