

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2020年 7月 1日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2020 年 6 月 10 日	作業時間：	Hr
顧客名	林歯科クリニック	様	TEL： 048-664-1212
所在地	埼玉県さいたま市大宮区大成町1-453-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 14080152	運転回数： 3650
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 停電（タッチパネル表示なし）		
原因		
・ 電源部基盤コネクタ接触不良		
処置、作業内容		
・ 基板部品交換		
・ 機械室内清掃、各種調整、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 7 月 3 日

ご署名 樋口 紫典 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		