#0211 P 3/3
029 864 0491
エムシーサービス(株)つくばSC
2020.06.22 17:40

Ⓒ 作業報告書

御得意様	いわいグリーン歯科 様		ご承認印
住所	坂東市辺田6351		
TEL	0297 47 5151	室名	1F
機種名	ウオシャーディスインフェクター	メーカー	エルエアグリテック
型式	WD-150 (号機)	製番	14060077
完了 / 継続	有料 / 無料	運転回数	2129 回

作業日 20 20 年 6 月 22 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 チャージ / 3 CM / 医療機器 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(株)エルエアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 中村様
(注文No.)

管理No. 824797

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 秋田SC 仙台SC 那須SC 新潟SC 長野SC 松本SC 金沢SC 北関東SC 郡山SC つくばSC 千葉SC 埼玉SC 東京SC 横浜SC 静岡SC 名古屋SC 京都SC 大阪SC 岡山SC 広島SC 北九州SC 福岡SC 熊本SC 鹿児島SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
EtB8 循環水圧低下.
(ご依頼者 様)

原因
BLTガイドセットのケース フタが受け皿となり水量が減ったため (フタ2ヶ所)

処置
- □部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い ☑試運転 □最終検査終了・異常なし

・セット方法説明.
・BLTガイドセット無の状態にて 運転実施.
ヨヨキ行程2まで立会い OK

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 / H× / 名× 8000 円		8000
3	派遣料 60km× / 名× 100 円		6000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6			

料金内訳

⑬A 部品代	0
⑭B 技術料等	17 000
⑮	
⑯ 税別合計金額	17 000
消費税	1700
ご請求金額 ¥	18 700
納品書No.	

お客様への伝言

サービスセンター	実施者
つくばSC TEL	大宝

責任技術者	検印	入力	納品書

Ⓒ 実施者→営業