

点検・修理報告書

管理 No. 20157
発行日: 2020年8月17日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 8 月 7 日	作業時間: 12 Hr
顧客名	医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 歯科口腔外科 様	TEL: 048-777-2890
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10	ご担当 道上 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 伊藤 様
納入年月日	2017 年 1 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 —
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100194	運転回数: 4667回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.16 蒸気注入異常		
加温時に蒸気が注入されず、エラー発生しました。		
原因		
・電磁弁（蒸気弁）の閉塞により、蒸気が正常に注入されませんでした。		
処置、作業内容		
・電磁弁（蒸気弁）を交換しました。		
特記事項		
・定期点検が表示されておりましたので、点検作業を実施しました。（カウンターリセット済）		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		定期点検費用に含む
2	ドアパッキン		1		定期点検費用に含む
3					
4					
5					
		①. 有償 ②. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			定期保守点検費用（2回目）		
			合計		¥14,800

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒302-0898
埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号
医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院
ご電話 048(773)111170

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20-08-17	20-08-17	20-08-17