

点検・修理報告書

管理 No. 20530

発行日: 2020年10月20日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 10 月 8 日	作業時間: 8 Hr
顧客名	医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 歯科口腔外科 様	TEL: 048-777-2890
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10	ご担当 道上 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 伊藤 様
納入年月日	2017 年 1 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
付属品	—	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100194	運転回数: 4882回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドアセンサーについて、以下の内容を確認しました。		
・ドアハンドルが90度回りきっていない状態で運転開始されないこと。		
・ドアロックピンセンサーの誤検知がないこと。		
原因		
処置、作業内容		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 21 日

〒362-8588

埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号

医療法人 上尾中央総合病院

ご署名 伊藤 様

品質保証 責任技術者 111 作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

菊 20/10/20 池	富 20/10/20 田	三 20/10/20 宅
--------------------	--------------------	--------------------